

PREFEITURA DE LENÇÓIS PAULISTA  
Diretoria de Saúde  
Rua Cel Virgílio Rocha, 238  
CEP 18.682-046 - Centro  
Fone/Fax 3263 0020 - Fax ramal 24  
saude@lencoispaulista.sp.gov.br

## DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

### **Cadeira Odontológica Completa**

Cadeira Odontológica em aço, com tratamento anti corrosivo e proteção em PVC, articulação central entre assento e encosto, com pontos de ligação nas laterais da cadeira, apoio de braço curto fixo e outro escamoteável. Encosto da cadeira em chapa de aço sem parafusos aparentes, apoio de cabeça articulada com regulagem de altura. Base em chapa de aço fosfatizado, com isolamento em PVC e tratamento anti corrosivo, sem necessidade de fixação no piso, com movimentos silenciosos e sincronizados através de moto redutores elétricos totalmente isentos de óleo. Pintura lisa eletrostática a pó epóxi, estofamento ergonômico, injetado em PVC flexível sem costura, com apoio lombar. Caixa de distribuição integrada a base da cadeira. Cadeira contendo 8 movimentos sendo, 4 individuais e 4 automáticos. Acionamento da cadeira feitos através de comando de pé independente móvel, com todas as funções da cadeira e peças de mão integradas. Equipo cart ou acoplado TS com trava manual, com mesa dotada de três terminais sendo: uma seringa tríplice, uma mangueira para baixa rotação, alta rotação, lisas, com conexão de borden dois furos, dispondo de sistema de regulagem do Spray tipo anelar, acionamento dos instrumentos com regulagem da vazão, regulagem dos spray individual (ar/ água) localizada na parte inferior da mesa feita pelo próprio profissional, mesa com suporte para até 4 quatro pontas e com angulação de 45° graus. Suporte das mangueiras integrada a mesa do equipo (peça única), escalonada evitando a queda involuntária dos instrumentos. Pedal progressivo móvel para acionamento dos instrumentos. Mesa com linhas arredondadas, estrutura da mesa fabricada em material ABS de alta resistência, injetado com proteção UV e 30 % de cristal. Com kit ns composto de: caneta de alta rotação extra torque 505 fg saca broca, rolamento cerâmica; micromotor 500; contra ângulo intra 500; peça reta 500; 1 unidade spray; 1 bolsa (material latão niquelado cromado). Unidade auxiliar acoplada a cadeira, rebatível com angulação 45° graus, com tubulação toda embutida, sem mangueira corrugada exposta ,estrutura fabricada em ABS de alta resistência, injetado com proteção UV e 30 % de cristal, suporte das mangueiras integrado, suporte para água no copo, cuba fabricada em porcelana, removível de fácil limpeza com porta detritos sólidos, sistema de água para enxágue da cuspideira regulado através de registro, dois sugadores com diâmetro 6,3, aproximadamente, tipo venturi. Refletor odontológico dotado de lâmpada halógena, com cor de iluminação de 5000° K (iluminação a luz do dia), luz fria com intensidade regressiva de 25.000 a 6.000 lux, controle de iluminação acionados no comando de pé. Pega mão duplo de fácil manuseio, todos os movimentos de giro possuem batente para evitar rompimento dos cabos elétricos, cabeçote totalmente fechado, com proteção frontal em acrílico, braço multiarticulado e comprido, acionamento liga/ desliga no pé. Acionamento automático do refletor ao executar as funções da cadeira.

Anexo da SC:



PREFEITURA DE LENÇÓIS PAULISTA  
Diretoria de Saúde  
Rua Cel Virgílio Rocha, 238  
CEP 18.682-046 - Centro  
Fone/Fax 3263 0020 - Fax ramal 24  
[saude@lencoispaulista.sp.gov.br](mailto:saude@lencoispaulista.sp.gov.br)



### DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

#### Compressor Odontológico

Compressor Odontológico; reservatório mínimo de 40 litros, volume de ar, aspirado 340 litros/ min, pressão máxima de operação 120 Lbf/pol<sup>2</sup>, 2 cabeçotes, 2 estágios, nível de ruído 52 Db, regulador de pressão com Manômetro, acionamento do motor direto, isento de óleo, potência 1,0 HP, rotação 1700 rpm, voltagem 220v.

Anexo da SC: